Universitätsklinikum Jena - Klinikumsvorstand - Postfach - 07740 Jena

Strahlenschutzbevollmächtigter
Dr. Marcel Scheithauer

Am Klinikum 1 (Haus A5, Ebene 40, Raum 076)
07747 Jena

Telefon: 03641 9328480
Telefax: 03641 9328482
E-Mail: Marcel.Scheithauer@med.uni-jena.de
Das Universitätsklinikum Jena ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001.

Ersteller: Dr. M. Scheithauer
Version: 02 vom 31.05.2024

Formular zur Protokollierung der Messung von radioaktiven Stoffen im Abfall (Messgerät RADEYE PRD)

Standort: _____

Da-tum	Presse/ Halipac/ Sharps	AVV			Messwert (Zählrate) in cps an den Messpunkten*						Unter-schrift
		18 01 01	18 01 04	20 03 01	Umge-bung	1	2	3	4	5	

* Messpunkte: **Umgebung:** mind. 10 m von der Presse entfernt; **1** - im Inneren; **2** - Einwurfseite mittig oben; **3** - Einwurfseite hinten unten; **4** - Gegenseite mittig oben; **5** - Gegenseite hinten unten

Die Presse darf abgefahren werden, wenn die Zählrate an allen Messpunkten kleiner als 40 cps ist.